


## 平成27年度 空間放射線量測定結果の推移

施設名	北文間小学校				
測定場所	グラウンド中央				
測定日	時刻	天候	5cm	50cm	100cm
4/9	10:48	晴	0.08	0.07	0.07
7/13	13:20	晴	0.08	0.08	0.08
10/7	10:15	晴	0.08	0.07	0.07
1/6	11:01	曇	0.07	0.07	0.07

単位： $\mu\text{Sv/h}$



測定は、NaIシンチレーション式サーベイメータ（日立アロカ社製：TCS-172B）を使用しています。